

Verbale del 14/02/2019 – Esclusione ditta partecipante al Lotto 2

**Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura a n. 3 lotti di strumentazione tecnico-scientifica da destinare ai laboratori di ARPA Puglia.
Numero Gara SIMOG: 7218044.**

Il giorno 25 del mese di marzo dell'anno 2019, alle ore 12:45 circa, presso gli Uffici della U.O.S. Patrimonio ed Economato, all'11° piano della Direzione Generale di ARPA Puglia, sita in Bari al Corso Trieste n° 27, il Dirigente dell'U.O.S. Patrimonio ed Economato, Dott.ssa Rossella Titano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza del dott. Raffaele Longo, funzionario dell'U.O.S. Patrimonio ed Economato, in qualità di segretario verbalizzante, dopo aver ricevuto la proposta del Presidente della Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe in merito all'esclusione della Ditta Thermo Fisher Scientific per offerta tecnica non rispondente ai requisiti tecnici minimi indicati negli atti di gara della medesima procedura, decide di escludere dal prosieguo di gara del Lotto 2 la predetta Ditta per le motivazioni comunicate dal Presidente di Commissione e di seguito riportate:

- in riferimento alle prestazioni analitiche richieste nell'Allegato 6 al Disciplinare di gara "Capitolato Lotto n. 2" (pagina 3 - caratteristiche tecniche minime di ciascun sistema), l'Allegato 28 allo stesso Disciplinare di gara "Tabella Analiti Lotto 2" riporta un valore massimo di RSD sull'area per 10 iniezioni consecutive per ciascun analita al LOQ pari al 5%.

Invece, la documentazione tecnica prodotta dalla ditta Thermo Fisher Scientific dichiara espressamente che *"le aree degli analiti richiesti nella tabella Allegato 28 delle 10 iniezioni richieste ... per il calcolo dell'RSD% che è risultato inferiore al 5% per la maggior parte degli analiti."*

In effetti, la documentazione analitica fornisce come risultato **un valore di RSD maggiore del 5%** per diversi analiti: dimetoato, simazina, aldrin, parathion, pendimethalin, clordane, endosulfan, dieldrin, entri".

Delle suddette operazioni è redatto il presente verbale, composto da n. 1 pagina

Il RUP
Dott.ssa Rossella TITANO