

RICHIESTA DI CHIARIMENTO DEL 28.05.2019

CHIARIMENTI RIFERITI AL LOTTO 1

- 1) Considerate le diverse matrici e i numerosi analiti su cui riprodurre le metodiche richieste nel disciplinare di gara, e tenuto conto dei tempi di approvvigionamento degli standard, viene richiesta la possibilità di una proroga di 3 settimane al termine ultimo di presentazione delle offerte.
- 2) Le metodiche indicate nel disciplinare sono riferite a matrici specifiche, pertanto al fine di evitare possibili discrepanze nei risultati forniti dalle diverse ditte concorrenti chiediamo di indicare i codici e i fornitori delle matrici certificate da utilizzare, in alternativa chiediamo alla stazione appaltante di fornire direttamente i campioni su cui eseguire le analisi.
- 3) In riferimento alle matrici ambientali come l'acqua salina, chiediamo se la prova per iniezione diretta preveda comunque una preparazione del campione, considerato che le elevate concentrazioni di sodio non sono compatibili con il buon funzionamento degli Spettrometri di Massa.
- 4) Per le prove 2 e 3 delle matrici alimentari, dove la preparazione del campione e' su metodo proposto dalla ditta, chiediamo di indicarci la tecnica di estrazione da applicare.
- 5) Capitolato tecnico lotto 1, pag. 7: viene richiesta una velocità di scansione di almeno 15000 amu/sec. Chiediamo conferma che sia da intendersi in modalità triplo quadrupolo.
- 6) Capitolato tecnico lotto 1 pagina 8: per il pacchetto office richiediamo quale applicativo (es. Excel, Word, etc.) specifico fornire in quanto per la nuova piattaforma Office 365 si rende necessario attivare le singole licenze con abbonamenti annuali.

RISPOSTA DEL R.U.P.

Sentiti gli assistenti tecnici al R.U.P., di seguito risposte ai Vostri chiarimenti:

1. La comunicazione della proroga del termine ultimo di presentazione delle offerte sarà formalizzata e resa pubblica una volta avvenuta la pubblicazione sulla GUUE, la cui richiesta è stata inoltrata in data odierna. Comunque, il termine sarà prorogato non oltre il 12.07.2019.

2. Per quanto riguarda gli Alimenti: non essendo a conoscenza di materiale certificato in commercio per tutte le matrici e gli analiti richiesti, né avendo a disposizione una matrice "bianca" da drogare per tutti gli analiti richiesti, le ditte partecipanti potranno scegliere le matrici su cui produrre i dati, invitando le stesse, qualora lo ritengano utile e necessario, a fornirle all'atto del collaudo.

Per quanto riguarda le Acque: in caso di difficoltà a reperire matrici utili per la produzione dei risultati analitici da presentare come riportato nell'allegato 21, si suggeriscono queste possibili soluzioni:

- Matrice Acqua salata : CRM Salt Water Matrix Modifier – Number MMS001- 20ml – Salinità 3,50 W/% Ditta Fornitrice : SIGMA- ALDRICH
- Matrice Acqua Sottterranea : ERM European Reference Materials – ERM- CA616 Groundwater - Ditta Fornitrice : SIGMA-ALDRICH
- Matrice Acqua potabile : CRM Anions – Whole Volume (assimilabile ad un'acqua potabile) product ID : QC3060 – 500ml - Ditta Fornitrice : SIGMA-ALDRICH.

Resta inteso, comunque, che il risultato delle prove indicato nell'offerta tecnica dovrà essere confermato e dimostrato in fase di collaudo.

3. Così come da capitolato, la prova dovrà essere eseguita per iniezione diretta, senza alcuna preparazione del campione.

4. La tecnica di estrazione per le prove 2 e 3 è lasciata alla libera scelta della ditta, purché si giunga ad un'unica iniezione per ottenere tutti gli analiti richiesti nella prova.



5. La velocità di scansione è da intendersi in modalità Full Scan.
6. Viene richiesto il pacchetto Office non in abbonamento come ad esempio Office 2019

IL R.U.P.
Ing. Domenico SAVINO