

RICHIESTA DI CHIARIMENTO DEL 29.05.2019

CHIARIMENTI RIFERITI AL LOTTO 1

1) Il numero di prove e le modalità di effettuazione di queste, esplicitate nel Capitolato Speciale di Gara nella sezione Verifica di Conformità a pag 12 che rimanda all' allegato 21 e nel Disciplinare di Gara nella sezione Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica da pag 34 a 39 è estremamente impegnativo ed il tempo a disposizione non è assolutamente sufficiente per questo tipo di attività. Vi chiediamo, perciò, la possibilità di effettuare nella maniera più esaustiva possibile i test su: 1) Pesticidi Polari in acqua; 2) Pesticidi Polari in alimenti; 3) Micotossine in alimenti

E per i su indicati test vi chiediamo anche la possibilità di fornirci gli standard. Vi chiediamo inoltre di fornire a tutte le ditte partecipanti le stesse matrici estratte a cui fare l'aggiunta, questo e' fondamentale per avere una migliore standardizzazione e quindi per poter confrontare in maniera accurata ed appropriata i risultati consegnati senza incorrere nell'errore di avere matrici diverse con metodi di estrazione diversi che inficerebbe la corretta valutazione tecnica. Resta ovviamente inteso che in fase di collaudo saranno sviluppate tutte le metodiche da Voi richieste in codesta gara.

Per gli altri test richiesti e che per ragioni di tempo non siamo in grado di effettuare vi allegheremo tutto il materiale in nostro possesso derivante da altre attività.

2) Se la nostra richiesta non e' accettabile vi chiediamo di post-porre la data di presentazione delle offerte di almeno 4 settimane. Anche in questo caso Vi chiediamo di fornirci le matrici e gli standard sempre col fine di avere una più corretta valutazione tecnica. In attesa di un Vostro riscontro ringraziamo e salutiamo cordialmente

RISPOSTA DEL R.U.P.

Sentiti gli assistenti tecnici al R.U.P., di seguito risposte ai Vostri chiarimenti:

1. Come riportato a pag. 8 del Capitolato di gara: *“Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione, prodotta tramite lo strumento offerto, comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali, ecc, ed a specificare eventuali operazioni di concentrazione/diluizione dell'estratto prima dell'analisi sullo strumento”*. Con ciò non si intendono escludere dati ottenuti sullo stesso strumento in attività precedenti della ditta. Inoltre è specificato a pag.12 dello stesso capitolato al paragrafo VERIFICA DI CONFORMITA': *“Gli standard saranno forniti dall'Agenzia, previa indicazione degli standard interni necessari alla verifica di conformità per la ditta aggiudicataria”*, quindi all'atto del collaudo, non prima, sarà nostro compito fornire gli standard necessari. Per quanto riguarda gli Alimenti: non essendo a conoscenza di materiale certificato in commercio per tutte le matrici e gli analiti richiesti, né avendo a disposizione una matrice “bianca” da drogare per tutti gli analiti richiesti, le ditte partecipanti potranno scegliere le matrici su cui produrre i dati, invitando le stesse, qualora lo ritengano utile e necessario, a fornirle all'atto del collaudo.

Per quanto riguarda le Acque: in caso di difficoltà a reperire matrici utili per la produzione dei risultati analitici da presentare come riportato nell'allegato 21, si suggeriscono queste possibili soluzioni:

- Matrice Acqua salata : CRM Salt Water Matrix Modifier – Number MMS001- 20ml – Salinità 3,50 W/% Ditta Fornitrice : SIGMA- ALDRICH
- Matrice Acqua Sotterranea : ERM European Reference Materials – ERM- CA616 Groundwater - Ditta Fornitrice : SIGMA-ALDRICH
- Matrice Acqua potabile : CRM Anions – Whole Volume (assimilabile ad un'acqua potabile) product ID : QC3060 – 500ml - Ditta Fornitrice : SIGMA-ALDRICH.

Resta inteso, comunque, che il risultato delle prove indicato nell'offerta tecnica dovrà essere confermato e dimostrato in fase di collaudo.



2. La comunicazione della proroga del termine ultimo di presentazione delle offerte sarà formalizzata e resa pubblica una volta avvenuta la pubblicazione sulla GUUE, la cui richiesta è stata inoltrata in data odierna, senza fornire alcun materiale per le motivazioni già esposte. Comunque, il termine sarà prorogato non oltre il 12.07.2019

IL R.U.P.
Ing. Domenico SAVINO