

## Verbale del 26/02/2019 (III seduta della Commissione giudicatrice)

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura a n. 3 lotti di strumentazione tecnico-scientifica da destinare ai laboratori di ARPA Puglia.  
**Numero Gara SIMOG: 7218044.**

---

Il giorno 26 del mese di febbraio dell'anno 2019, alle ore 10:00 circa, presso gli Uffici della U.O.S. Patrimonio ed Economato, all'11° piano della Direzione Generale di ARPA Puglia, sita in Bari al Corso Trieste n° 27, la commissione giudicatrice, nominata -ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.- con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 27 del 25/01/2019 e composta da:

- **Dott. Roberto GIUA** - PRESIDENTE;
- **Dott.ssa Monica SEMERARO** – COMPONENTE e segretaria verbalizzante;
- **Dott.ssa Maria TUTINO** - COMPONENTE;

per dar seguito alle operazioni di valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in epigrafe.

A causa dell'impossibilità del Presidente a presenziare alla III seduta della Commissione giudicatrice fissata al giorno 21.02.2019, la Commissione ha deciso di posticipare la data al 26.02.2019.

@@@@@

Premesso che:

- 1) in data 14/02/2019 la Commissione giudicatrice ha proposto al R.U.P. l'esclusione della Ditta Thermo Fisher Scientific dal prosieguo di gara - Lotto 1” **“Fornitura di n. 2 Sistemi per la determinazione di composti organici volatili in matrici ambientali – CIG: 7649676854”** per non conformità delle caratteristiche tecniche minime della strumentazione offerta rispetto a quanto indicato negli atti di gara;
- 2) in pari data, il R.U.P. ha preso atto della proposta della Commissione giudicatrice ed ha ritenuto di escludere la Thermo Fisher dal prosieguo di gara - Lotto 1” **“Fornitura di n. 2 Sistemi per la determinazione di composti organici volatili in matrici ambientali – CIG: 7649676854”**, provvedendo tempestivamente a darne comunicazione mediante piattaforma telematica EmPULIA;
- 3) la commissione ha proceduto in pari data all'assegnazione dei punteggi alle migliori tecniche offerte dalla Ditta SRA Instruments ,addivenendo al seguente risultato:  
punteggio tecnico Ditta SRA Instruments Lotto 1 = 59/70;
- 4) pertanto, l'offerta tecnica della Ditta SRA Instruments supera la soglia di sbarramento di 35/70;
- 5) la Commissione ha iniziato la verifica, in seduta riservata, delle documentazioni tecniche delle ditte partecipanti al Lotto 2 **“Fornitura di n. 3 sistemi per la determinazione di composti organici semivolatili per GC/MS-MS in matrici ambientali – CIG: 764968823D”**, Thermo Fisher Scientific ed Agilent Technologies Italia S.p.A. ;
- 6) alle ore 17:00 circa, il Presidente della Commissione ha sospeso le operazioni di Commissione.

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara aperta la sessione.

## VALUTAZIONE TECNICA LOTTO 2

### "Fornitura di n. 3 sistemi per la determinazione di composti organici semivolatili per GC/MS-MS in matrici ambientali – CIG: 764968823D"

La Commissione, nell'analizzare le schede tecniche presentate dalla Ditta Agilent Technologies, constata la conformità (solo dichiarata nelle schede tecniche) delle caratteristiche tecniche minime indicate in offerta rispetto a quanto richiesto negli atti di gara. Tuttavia, la Commissione ritiene necessario richiedere alla Ditta Agilent Technologies documentazione tecnica ed analitica per comprovare alcuni requisiti tecnici dichiarati, come previsto a pag. 6 dell'Allegato 6 al Disciplinare di gara. Nello specifico:

*"In riferimento alle caratteristiche tecniche minime descritte al punto T1 Disciplinare di gara – Allegato 6, in cui si richiede che gli analiti, i rispettivi LOQ e i parametri di qualità elencati nell'Allegato 28 al Disciplinare di gara siano rispettati, per essere verificati in sede di collaudo, si rileva che a pag 6 dello stesso Allegato 6 si specifica che le caratteristiche minime devono essere illustrate da opportuna ed approfondita documentazione.*

*Di conseguenza, si chiede che la ditta Agilent Technologies fornisca ulteriore documentazione tecnica ed analitica a comprova di quanto già dichiarato circa il rispetto dei requisiti di qualità per tutti gli analiti di cui all'Allegato 28 e, in particolare, per 10 iniezioni consecutive di ciascun analita alla concentrazione dei LOQ, i valori dei rapporti S/N, i valori di RSD% sull'area, i valori dei tailing factor e l'R<sup>2</sup> minimo sulle rette di calibrazione nei range previsti".*


Alle ore 15:45 circa, il Presidente di Commissione sospende le operazioni di gara inviando al R.U.P. la predetta richiesta di documentazione stabilendo come data per la ripresa dei lavori il giorno 07.03.2019 alle ore 10:00 per procedere con la valutazione delle schede tecniche del Lotto 3 della procedura in epigrafe.

Delle suddette operazioni di gara è redatto il presente verbale, composto da n. 02 pagine che, previa lettura è sottoscritto da:


Dott. Roberto Giua



Dott.ssa Monica Semeraro



Dott.ssa Maria Tutino



Segretario verbalizzante

Dott.ssa Monica Semeraro

