

RICHIESTA DI CHIARIMENTO PI139189-19 DEL 13.06.2019

CHIARIMENTI RIFERITI AL LOTTO 2

In riferimento al disciplinare di gara, paragrafo 18.1.5. criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Alla voce N[^] 6 "SISTEMA DI DEFLESSIONE/FOCALIZZAZIONE DEL FASCIO IONICO", si richiede gentilmente di chiarire se con la frase " Con lenti di estrazione" si intenda uno strumento che utilizzi un qualsiasi elemento (lente o altro dispositivo) a cui e' applicato un voltaggio, posto subito dopo lo skimmer cone.

RISPOSTA DEL R.U.P.

Sentiti gli assistenti tecnici al R.U.P., di seguito risposte ai Vostri chiarimenti:

Il punteggio premiante verrà assegnato alle strumentazioni che non impieghino lenti di estrazione a supporto del sistema di selezione e deflessione del fascio ionico off-axis, come meglio specificato qui di seguito.

Con la frase "con lenti di estrazione" si intende una strumentazione in cui sia presente un elemento (lente o altro dispositivo) a cui è applicato un voltaggio, posto subito dopo l'ultimo cono di campionamento, situato nella zona di interfaccia ed all'esterno della zona dell'alto vuoto, impiegato allo scopo di accelerare gli ioni prodotti dalla sorgente, che richieda manutenzione e che possa essere smontato da parte dell'operatore per operazioni di manutenzione. Con la frase "senza lenti di estrazione" si intende una strumentazione in cui le lenti elettrostatiche (o altro dispositivo) si trovino esclusivamente nella zona di vuoto, cioè nella zona in cui non interviene l'operatore per le normali operazioni di manutenzione.

IL R.U.P.
Ing. Domenico SAVINO