



RICHIESTA DI CHIARIMENTO DEL 04.06.2019

CHIARIMENTI RIFERITI AL LOTTO 1

Nel "Verbale di Sopralluogo" viene indicato che e' un ICP-MS - Si prega di confermare che per il lotto 1 la strumentazione richiesta non è un ICP-MS

RISPOSTA DEL R.U.P.

Per mero errore materiale è stato riportato sia nel modello allegato n. 16 che nel modello allegato n. 17 (rispettivamente verbale di sopralluogo Lotto 1 e Lotto 2) il riferimento alla strumentazione oggetto del Lotto 2; si precisa che l'allegato n. 16 "Verbale di sopralluogo Lotto 1" ovviamente si riferisce alla strumentazione oggetto dello stesso Lotto 1, ossia "n. 03 Sistemi UHPLC/MS-MS per analisi di matrici alimentari e acquose".

IL R.U.P.
Ing. Domenico SAVINO