



RICHIESTA DI CHIARIMENTO PI148548-19 DEL 27.06.2019

CHIARIMENTI RIFERITI AL LOTTO 1

“Con riferimento alla vostra Risposta PI134081-19 al Quesito PI125353-19 (Lotto 1) al fine di rendere comparabili i risultati forniti dalle ditte concorrenti si chiede di specificare se e' possibile utilizzare la tecnica di estrazione tramite colonne ad immunoaffinita' per le matrici alimentari per quanto riguarda le analisi di multimicotossina su matrice grano (prova 2) e di aflatossine su matrice frutta guscio (prova 3)”.

RISPOSTA DEL R.U.P.

Sentiti gli assistenti tecnici al R.U.P., di seguito risposte ai Vostri chiarimenti:

“Nell’analisi multimicotossina (prove 2-3) sarà possibile utilizzare anche una tecnica di estrazione che preveda l’utilizzo di IAC”.

IL R.U.P.
Ing. Domenico SAVINO