

## **RICHIESTA DI CHIARIMENTO PI134458-19 DEL 05.06.2019**

### **CHIARIMENTI RIFERITI AL LOTTO 2**

Chiediamo chiarimento in merito a quanto riportato nell'Allegato 6 – Capitolato speciale d'appalto LOTTO 2 – paragrafo E. SISTEMA DI RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE POLIATOMICHE E ISOBARICHE ED ANALIZZATORE MULTIPOLARE, punto 2 a pagina 6: “Il sistema di riduzione delle interferenze dovrà essere del tipo "cella di collisione/reazione", costituita da un sistema multipolare collocato nella zona di alto vuoto della strumentazione.”

La specifica e' pregiudizievole per la partecipazione alla gara di tecniche alternative e migliorative in termini di prestazione, nelle quali il sistema di collisione/reazione per l'abbattimento delle interferenze poliatomiche e isobariche e' posto all'esterno del circuito di alto vuoto. Chiediamo conferma della possibilità di partecipazione alla gara anche con tecnologie alternative a quella indicata. In attesa di un vostro gentile riscontro salutiamo cordialmente

### **RISPOSTA DEL R.U.P.**

Sentiti gli assistenti tecnici al R.U.P., di seguito risposte ai Vostri chiarimenti:

**La specifica e' requisito minimo per la partecipazione alla gara, poiché il sistema deve poter abbattere pesanti interferenze dovute a matrici ad elevato carico organico, acque salate e digeriti acidi; la cella di collisione/reazione, pertanto, deve trovarsi nella zona dell'alto vuoto e non può essere surrogata da un semplice insufflaggio di gas in zone a basso vuoto.**

IL R.U.P.  
Ing. Domenico SAVINO