

**Verbale del 14/02/2019 (Il seduta della Commissione giudicatrice –
prima parte)**

**Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura a n. 3 lotti di strumentazione tecnico-scientifica da destinare ai laboratori di ARPA Puglia.
Numero Gara SIMOG: 7218044.**

Il giorno 14 del mese di febbraio dell'anno 2019, alle ore 13:30 circa, presso gli Uffici della U.O.S. Patrimonio ed Economato, all'11° piano della Direzione Generale di ARPA Puglia, sita in Bari al Corso Trieste n° 27, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata -ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.- con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 27 del 25/01/2019 e composta da:

- **Dott. Roberto GIUA - PRESIDENTE;**
- **Dott.ssa Monica SEMERARO – COMPONENTE e segretaria verbalizzante;**
- **Dott.ssa Maria TUTINO - COMPONENTE;**

per dar seguito alle operazioni di valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in epigrafe.

@@@@@

Premesso che:

- 1) in data 07/02/2019 la Commissione giudicatrice si è insediata per procedere alle operazioni di apertura e valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in epigrafe;
- 2) la commissione ha proceduto con l'apertura delle buste tecniche dei tre lotti per verificare il numero dei documenti presentati dalle ditte partecipanti;
- 3) pertanto, la Commissione ha incominciato ad analizzare le documentazioni tecniche delle ditte partecipanti al Lotto 1;
- 4) alle ore 17:00 circa, il Presidente della Commissione ha sospeso le operazioni stabilendo come data per la ripresa dei lavori il giorno 14/02/2019 alle ore 10:00

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara aperta la sessione.

VALUTAZIONE TECNICA LOTTO 1

**"Fornitura di n. 2 Sistemi per la determinazione di composti organici volatili in
matrici ambientali – CIG: 7649676854"**

L'offerta tecnica prodotta dalla SRA Instruments rispetta le caratteristiche tecniche minime indicate negli atti di gara.

L'offerta tecnica prodotta dalla Thermo Fisher Scientific, invece, non rispetta le caratteristiche tecniche minime e nello specifico:




- In riferimento alle prestazioni analitiche richieste nell'Allegato 5 al disciplinare di gara "Capitolato speciale d'appalto – Lotto 1" e, in particolare, ai LOQ riepilogati nell'Allegato 27 al disciplinare di gara "Tabella analiti Lotto1" e derivanti dai limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006, si è evidenziato che per gli analiti 1,2,3-tricloropropano nelle acque (LOQ richiesto: **0,0003 µg/l**; LOQ dichiarato dalla ditta Thermo Fisher Scientific: **0,00122 µ/l**), 1,2-dibromoetano nei terreni (LOQ richiesto: **0,001 mg/kg**; LOQ dichiarato dalla ditta Thermo Fisher Scientific: **0,0018 mg/kg**) e cloruro di vinile sempre nei terreni (LOQ richiesto: **0,001 mg/kg**; LOQ dichiarato dalla ditta Thermo Fisher Scientific: **0,0036 mg/kg**), i limiti di quantificazione dichiarati dalla ditta Thermo Fisher Scientific sono **superiori** rispetto a quelli minimi richiesti dalla predetta normativa.
- Sempre in riferimento alle prestazioni analitiche di cui all' Allegato 5 al disciplinare di gara "Capitolato speciale d'appalto – Lotto 1", che richiedono un valore massimo di RSD sull'area dei picchi del **5%** (tranne per i composti il cui LOQ è fissato ad un valore inferiore o uguale a 1 ppt, per i quali è ammessa una tolleranza fino al 30%), la tabella riportata dalla ditta Thermo Fisher Scientific nella documentazione di gara, sia per i valori misurati nei terreni che nelle acque, riporta RSD% quasi costantemente **superiori al 5%, per composti con LOQ superiore a 1 ppt.**

Alle ore 13:43 il Presidente di Commissione propone al R.U.P. l'esclusione della Ditta Thermo Fisher Scientific.

La Commissione procede nell'assegnazione dei punteggi alle migliori tecniche offerte dalla Ditta SRA Instruments e nella valutazione delle offerte tecniche delle Ditte partecipanti al Lotto 2, Thermo Fisher Scientific ed Agilent Technologies Italia S.p.A.

Delle suddette operazioni di gara è redatto il presente verbale, composto da n. 2 pagina che, previa lettura, è sottoscritto da:

Dott. Roberto Giua



Dott.ssa Monica Semeraro



Dott.ssa Maria Tutino



Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Monica Semeraro

