

RICHIESTA DI CHIARIMENTO DEL 22.11.2018

Lotto 3 - • 15 punti per la riduzione dei tempi della corsa cromatografica. Potete specificare come procederete per la prova; in particolare, se la prova deve essere fatta con un cromatogramma per anioni e uno per cationi, chiediamo la concentrazione degli analiti sia per anioni sia per cationi per fare prove analitiche che ci consentano di essere più accurati e performanti. Sarebbe necessario conoscere il tempo per eseguire 2 prove in successione in modo da considerare il tempo di riequilibrio della linea di base nel caso di uso del gradiente. Nel caso in cui la prova venga fatta utilizzando la serie dei campioni della calibrazione del metodo come da allegato 29- tabella 3, non è necessaria nessuna informazione aggiuntiva."

RISPOSTA DEL R.U.P.

Sentiti gli assistenti tecnici al RUP, si ritiene di poter fornire il seguente chiarimento: "La verifica della durata della corsa cromatografica verrà effettuata in fase di collaudo a seguito d'iniezione dello standard al livello più alto del range di calibrazione riportato in allegato di riferimento.

La determinazione di anioni e cationi dovrà avvenire in maniera simultanea su due canali differenti e si terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, della corsa cromatografica più lunga tra quella degli anioni e dei cationi".
Distinti saluti.

Il R.U.P.